

**EDITAL CP 030/2021 – AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE VÍDEO CIRURGIA
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS**

H. Strattner & Cia. Ltda

Nº	Questionamento da H. Strattner	Resposta da área técnica da Rede SARAH
1	CÂMERA DE VÍDEO: Solicitado em edital “possibilidade de fluorescência através de contraste endovenoso...” Pedimos esclarecimentos, qual entendimento da “possibilidade”, através de upgrade?	• Possibilidade de fluorescência através de contraste endovenoso - Upgrade
2	PRAZO DE GARANTIA: Solicitado em edital garantia de 24 meses – esclarecemos que fornecemos garantia pelo prazo de 24 meses somente contra defeitos de fabricação, não contemplando negligência, imprudência ou imperícia.	• Garantia de 24 meses - para defeitos de fabricação não contemplando danos causados por negligência, imprudência ou imperícia do usuário
3	AMOSTRA: Por se tratar de um equipamento específico, questionamos o tempo que o equipamento ficará disponível na unidade do SARAH para a realização da amostra? Podemos seguir com a demonstração na unidade de BH?	• Não será necessária.
4	CÂMERA DE VÍDEO: Solicitado em edital “possibilidade de fluorescência através de contraste endovenoso...” Nos foi esclarecido que seria através de upgrade essa possibilidade, devido a isso, esclarecemos que no caso do nosso equipamento para possibilidade de fluorescência será necessária a aquisição aparte do modulo de fluorescência composto por: uma câmera, uma fonte de luz e uma ótica. Solicitado em edital “Cabeçote com teclas para controle de funções e com acoplamento universal para utilização de óticas de diferentes fabricantes...” e “O equipamento deverá ser compatível com óticas de diferentes fabricantes” Esclarecemos que nosso equipamento é compatível com as óticas de mercado para a tecnologia 4K, porém essa funcionalidade não se aplica às óticas de fluorescência, uma vez que o sistema de excitação do ICG entre as	• A troca de camera + fonte de luz + otica, não seria um upgrade e sim substituição de equipamento. Os produtos cotados devem seguir a descrição do TR.



	fabricantes do mercado são diferentes. Portanto as óticas de fluorescência deverão ser exclusivas KARL STORZ.	
5	CARRO DE VÍDEO CIRURGIA: Solicitado em edital “Suporte para vídeo endoscópios “ Esclarecemos que nosso equipamento não possui suporte para vídeo endoscópios.	Os produtos cotados devem seguir a descrição do TR.
6	CONTAINERS: Solicitado em edital “containers que permitam a guarda em segurança para cada acessório”. Esclarecemos que todos os materiais serão entregues em suas respectivas embalagens, porém em relação a solicitação de containers gostaríamos de informar, que nosso carro de vídeo cirúrgica permite guardar o equipamento e seus acessórios em segurança.	Os containers são para possíveis limpezas dos acessórios (endoscópio se vier ou câmeras).

Hospcom

Nº	Questionamento da H. Strattner	Resposta da área técnica da Rede SARAH
1	"Possibilidade de fluorescência através de contraste endovenoso - Upgrade ", quando se diz UPGRADE , consideramos atualização dos componentes do hardware ou do software, não sendo aceito assim, como possibilidade a troca por completa do hardware, fonte de luz e insuflador, correto ?	Correto. O conceito de upgrade não se aplica a troca completa de hardware.